

MATRAZ

Cabeco

Matraz de Cuello graduado

GASOLINERAS



Matraces con cuello graduado para la comprobación de los surtidores de carburante líquido.

fabricados y calibrados según norma UNE 82510 en vidrio borosilicato de bajo coeficiente lineal de dilatación térmica: 33×10^{-6} grados centígrados y volúmenes: 2L, 5L, 10L y 20L cumpliendo las exigencias de la orden ministerial 13499 de 1998/05/27.

Calibraciones en: Seco, Prehumedecido, o en ambas condiciones según referencia del artículo, se suministran con un número identificativo individual de contraste, grabado en la parte inferior del cuello y acompañados de un certificado de calibración.

Para los matraces calibrados en seco o con doble escala (seco y prehumedecido), el certificado de calibración que se adjunta es para la calibración en seco y emitido por el Laboratorio de Calibración de Volumétrica de AFORA, S.A. acreditado por ENAC.

En todos los casos, también se adjunta una copia de la habilitación del laboratorio oficialmente autorizado, emitida por el Departamento de Industria de la Generalitat de Catalunya.


Dimensiones

Volumen	2L,5L,10L,20L
Certificados	Calibración ENAC
Protección	c/s funda de aluminio

Ex II ½G Ex ia IIB T4



Cabeco



www.cabeco.com

Varsovia 70-72. 08041 BARCELONA (ESPAÑA) TLF: +34 93 347 98 99 FAX: +34 93 347 91 02 cabeco@cabeco.com